

Số: /CV-TTYT
V/v yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm
vật tư y tế bổ sung năm 2024

Xuyên Mộc, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
(Sau đây gọi là Nhà thầu)

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế bổ sung năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc
- Địa chỉ: số 338 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: đề nghị Nhà thầu gửi báo giá **bằng cả 2 hình thức** sau đây:

- Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc theo thông tin sau:

- + Địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT
- + Số điện thoại: 02543.875.876

Lưu ý: Ngoài bì thư ghi rõ: “BÁO GIÁ - MÃ HỒ SƠ - TÊN DỰ TOÁN” và TÊN NHÀ THẦU. Yêu cầu PHÁT THU TẶN TAY.

Trường hợp các hồ sơ không ghi rõ nội dung nêu trên, nếu bị thất lạc hoặc dẫn đến giao nhận không đúng thời hạn quy định thì xem như Trung tâm không nhận được báo giá.

- Hình thức 2: Gửi bản chụp (Scan) hồ sơ đã đóng dấu và bản điện tử (file mềm) vào email khoaduoctytxm@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2024 (trong giờ hành chính).

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Tên dự toán: Mua sắm vật tư y tế bổ sung năm 2024
- Danh mục đề nghị báo giá: theo danh mục đính kèm và phụ lục yêu cầu.
- Địa điểm thực hiện: tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc
- Thời gian thực hiện hợp đồng: dự kiến tháng 12/2024 đến hết tháng 01/2025
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Loại hợp đồng: trọn gói

- Tạm ứng: Không.
 - Điều khoản thanh toán: 120 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày
6. Yêu cầu về giá chào: giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí giao hàng đến kho của bên mời thầu.
7. Yêu cầu về đơn vị báo giá: Đơn vị báo giá là một trong các tổ chức, cá nhân sau:
- Chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế;
 - Tổ chức, cá nhân được ủy quyền của chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế;
 - Tổ chức, cá nhân đứng tên trên giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế;
 - Tổ chức, cá nhân được ủy quyền của tổ chức, cá nhân đứng tên trên giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế.
- Việc ủy quyền phải tuân thủ quy định của pháp luật về dân sự.
- Các báo giá của các đơn vị không phải là các tổ chức, cá nhân nêu trên được xem là không hợp lệ và báo giá sẽ không được xem xét.
8. Biểu mẫu chào giá: theo mẫu đính kèm (các báo giá không đúng theo mẫu, không đầy đủ thông tin sẽ không được xem xét)
9. Hồ sơ kèm theo báo giá: giấy phép đăng ký kinh doanh, công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế, tài liệu về hàng hóa chào giá, giấy ủy quyền.
- Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: số ĐT 02543.875.876
- Rất mong được sự quan tâm của các Nhà thầu.
- Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
 - GD, PGD (đ/b);
 - Các khoa, phòng (đ/b);
- (Phòng KHNV đăng website của trung tâm);*
- Lưu VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Viết Như Hữu

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số /CV-TTYT ngày tháng 12 năm 2024)

| STT | Tên hàng hóa mời báo giá | Thông số kỹ thuật mời báo giá | Đơn vị tính | Số lượng mời báo giá |
|-----|---------------------------------------|---|----------------|----------------------------|
| 1 | Gạc 10cm*10cm*8 lớp tiệt trùng | <ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao.- Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng.- Độ pH: trung tính.- Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép.- Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. | Miếng | 29,000 |
| 2 | Băng thun 3 móc 0,1x3m | Băng thun y tế 3 móc, kích thước 0.1m x 3m, được làm từ sợi polyester và cao su thiên nhiên cùng độ co giãn cao, từ 180% đến 200% so với kích thước ban đầu, dùng để nén ép, cầm máu, cố định khớp, giữ vật liệu cầm máu tại chỗ không bị xô dịch. | Cuộn | 320 |
| 3 | Băng keo cá nhân vải | <ul style="list-style-type: none">- Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide phủ keo oxid kẽm, miếng gạc thấm hút bằng sợi viscose, phủ lớp chống dính polyethylene, thấm hút $\geq 500\%$, lực dính 2,2-9,4 N/cm, có kiểm tra vi sinh.- Đạt tiêu chuẩn CE.- Chứng nhận MD 92825 | Miếng | 2,754 |
| 4 | Bông y tế không thấm nước loại 1 | Bông không hút nước được chế từ lông của hạt cây bông, không loại mỡ. Sợi mảnh, mềm, trơn; Không mùi; Màu hơi ngà vàng bông. | Kg | 3 |
| 5 | Bông y tế thấm nước loại 1 | Bông y tế 1kg làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton. Sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt; Không mùi. | Kg | 46 |
| 6 | Kim châm cứu các cỡ | <ul style="list-style-type: none">- Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần- Kim đúc thép y tế không gỉ, dẫn điện tốt.- Đường kính: 0,30(mm), Chiều dài: 50(mm)- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485- Ngày sản xuất, hạn sử dụng được thể hiện trên từng túi | Kim | 20,000 |
| 7 | Test thử nhiệt độ (Băng keo nhiệt) | <p>Băng chỉ thị nhiệt dùng trong tiệt khuẩn hơi nước với mục đích cố định gói dụng cụ chắc chắn và phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa.</p> <ul style="list-style-type: none">- Mực chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo, không chứa chì, không tạo chất thải nguy hại ra môi trường.- Lớp keo không chứa cao su, dính chắc phù hợp với nhiều loại vải bọc, giấy gói, bao plastic, ...- Lớp nền là loại giấy crepe màu be có thể co giãn giúp giảm thiểu tình trạng băng dính bị bung ra trong quá trình tiệt trùng, có thể viết được lên trên hoặc dán nhãn bằng nhãn in sẵn.- Các vạch chỉ thị hóa học sẽ hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng nhạt/ râm nắng sang nâu sẫm/ đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước | Cuộn | 6 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|---|------|-----|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Sau khi sử dụng, chỉ thị sẽ không thay đổi màu trong vòng 6 tháng khi được bảo quản đúng điều kiện khuyến nghị trong hướng dẫn sử dụng. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS,...(hoặc tương đương) | | |
| 8 | NK-Pylory test | - Hộp 20 giếng rời được dùng để phát hiện nhanh H. pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy | Test | 140 |
| Tổng cộng: 08 khoản | | | | |