

Số: /TB-TTYT

Xuyên Mộc, ngày tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư hóa chất lọc thận bổ sung năm 2023

Hiện nay Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc đang làm hồ sơ mua sắm vật tư y tế và hóa chất phục vụ cho công tác lọc thận năm 2023-2024.

Kính mời các đơn vị có đầy đủ năng lực tham gia thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm vật tư y tế, hóa chất lọc thận năm 2023-2024”

- Đơn vị đề nghị thẩm định : Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

- Địa chỉ: số 338, quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Thông tin tài sản: chi tiết Danh mục đính kèm

- Thời điểm thẩm định giá: **Tháng 5/2023.**

- Địa điểm phát hành và nhận Hồ sơ: Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; địa chỉ số 338, quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

- Thời hạn nhận hồ sơ báo giá: 10 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc trân trọng thông báo đến các đơn vị sắp xếp tham gia.

Nơi nhận:

- Phó giám đốc;
- Các khoa, phòng, TYT;
(Phòng KHNV đăng website mục đấu thầu)
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

BS CKII. Vũ Văn Nam

**PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI SẢN THẨM ĐỊNH E-HSMT
VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

(Kèm theo Thông báo số /TB-TTYT ngày tháng 05 năm 2023)

| Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng mời chào giá |
|-----|--|---|-------------|-----------------------|
| 1 | Dịch lọc thận A | Can 10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri clorid: 2708.69g • Kali clorid: 67.10g • Calciclorid.2H2O: 99.24 g • Magnesi clorid.6H2O: 45.75g • Acid acetic băng: 81.00g • Glucose H2O : 494.99g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Can dịch và nắp dịch bên trong can đạt tương hợp sinh học, thực hiện bởi phòng Lap quốc tế Nelson: + Can/Nắp can không gây tán huyết + Can/Nắp can không có chất gây độc tế bào + Can/Nắp can không chứa chất gây sốt | Lít | 17.000 |
| 2 | Dịch lọc thận B | Can 10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri Bicarbonate: 840g • Dinatri Edetat. 2H2O: 0.5 g • pH : 7.3 - 8.6 • Al ≤ 0.1 mg/ml trên chế phẩm chưa pha loãng • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Can dịch và nắp dịch bên trong can đạt tương hợp sinh học, thực hiện bởi phòng Lap quốc tế Nelson: + Can/Nắp can không gây tán huyết + Can/Nắp can không có chất gây độc tế bào + Can/Nắp can không chứa chất gây sốt | Lít | 16.000 |
| 3 | Dịch rửa quả lọc | Peracetic acid: 5%; Hydrogen peroxide 26,53%; Acetic acid: 7,83% | Lít | 200 |
| 4 | Bộ dây máu thận nhân tạo | Bộ dây máu dùng chạy Thận nhân tạo đã bao gồm 02 tranducer | Bộ | 3.000 |
| 5 | Bộ FAV lọc thận | - Gạc nhân tạo 3,5cmx4,5cmx40 lớp: 02 cái - Khăn chống thấm, 45cmx60cm: 1 cái - Gạc lót đốc kim 3,5cmx5cmx4 lớp: 2 cái - Gạc phẫu thuật không dệt 7,5cmx7,5cmx6 lớp: 4 cái | Bộ | 2.000 |
| 6 | Quả lọc máu Polysufone F7HPS thay thế thận dùng cho bệnh nhân suy thận mãn | Chất liệu màng lọc Polysulfone, diện tích màng 1.6 m2, hệ số siêu lọc: 16 ml/giờxmmHg, tiết trùng bằng hơi nước inline | Quả | 504 |